SoluciÃ³n de CalibraciÃ³n pH 9.18 en Botella FDA (500 mL) â€“ HI8009L

Description

La HI8009L es una soluciÃ³n de calibraciÃ³n pH 9.18 de calidad superior producida de acuerdo con la norma ISO 3696 / BS3978 que utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y cristalerÃa Clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con termÃ³metros certificados. Los valores informados son precisos a +/- 0.01 pH a 25Â°C y son trazables a los Materiales de Referencia EstÃ¡ndar (SRMs) del NIST.

Botella hermÃ©tica con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la frescura de la soluciÃ³n

Cada botella marcada con el nÃºmero de lote y fecha de vencimiento

- Los estÃ¡ndares de Hanna estÃ¡n especialmente formulados para tener una caducidad de 5 aÃ±os desde la fabricaciÃ³n para una botella sin abrir

Etiqueta codificada por colores para una fÃ¡cil identificaciÃ³n del valor del estÃ¡ndar de pH

- FÃ¡cil de identificar diferentes valores de estÃ¡ndar
- La soluciÃ³n no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH

Especificaciones

Paquete	Sobres
Cantidad	100 pruebas
MÃ©todo	AdaptaciÃ³n de los MÃ©todos EstÃ¡ndar para el AnÃ¡lisis de Agua Potable y Agua Residual, 20Âª ediciÃ³n, mÃ©todo DPD. La reacciÃ³n entre el yodo y el reactivo provoca un color rosado en la muestra