SoluciÃ³n de CalibraciÃ³n pH 7.01 en Botella FDA (500 mL) â€“ HI8007L/C

## Description

La HI8007L/C es una soluciÃ³n de calibraciÃ³n pH 7.01 de calidad superior producida de acuerdo con la norma ISO 3696 / BS3978 que utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y vidrio clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con termÃ³metros certificados. Los valores informados son precisos a +/- 0.01 pH a 25Â°C y son trazables con Materiales de Referencia EstÃ¡ndar (SRMs) del NIST.

**La HI8007L/C se suministra con Certificado de AnÃ¡lisis**

- CÃ³digo de producto
- NÃºmero de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que fueron utilizados
- Fecha de fabricaciÃ³n
- Fecha de caducidad

**Botella hermÃ©tica con sello a prueba de manipulaciones**

- Garantiza la calidad y la frescura de la soluciÃ³n

### Etiqueta codificada por colores para una fÃ¡cil identificaciÃ³n del valor del estÃ¡ndar de pH

- FÃ¡cil de identificar diferentes valores de estÃ¡ndar
- La soluciÃ³n no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH

**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| Paquete | Frascos goteros y sobres |
| Cantidad | 300 |
| MÃ©todo | AdaptaciÃ³n de los MÃ©todos EstÃ¡ndar para el AnÃ¡lisis de Agua Potable y Agua Residual, 18Âª ediciÃ³n, MÃ©todo de aminoÃ¡cidos. La reacciÃ³n entre el fosfato y los reactivos produce un color azul en la muestra. |