SoluciÃ³n de CalibraciÃ³n pH 7.01 500 mL â€“ HI7007L

Description

HI7007L/ es una soluciÃ³n de calibraciÃ³n de pH 7.01 de calidad superior que es trazable por NIST. Los estÃ¡ndares de calibraciÃ³n Hanna tienen el nÃºmero de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta, y son hermÃ©ticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la soluciÃ³n. La lÃnea de estÃ¡ndares de calibraciÃ³n de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 aÃ±os desde la fecha de fabricaciÃ³n para una botella sin abrir.

Botella hermÃ©tica con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la pureza de la soluciÃ³n

Cada botella marcada con el nÃºmero de lote y fecha de vencimiento

- La lÃnea de estÃ¡ndares de calibraciÃ³n de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 aÃ±os desde la fecha de fabricaciÃ³n para una botella sin abrir

Etiqueta codificada por colores para una fÃ¡cil identificaciÃ³n del valor del pH del tampÃ³n

- FÃ¡cil de identificar diferentes valores estÃ¡ndares

- La soluciÃ³n no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH

Especificaciones

Exactitud	EstÃ¡ndar Â± 0.01 pH
Valor de pH @ 25Â°C	7.01
Paquete	Frasco
TamaÃ±o	500 mL
Cantidad	1
Certificado de anÃ¡lisis	No