



Soluci3n de Calibraci3n T3cnica de pH 1.00 (500 mL) – HI5001

## Description

El HI5001 es un est3ndar de calibraci3n t3cnica de pH 1.00 de calidad superior producido seg3n las normas ISO 3696/BS3978 que utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y vidrio clase A en un entorno de temperatura controlada supervisado con term3metros certificados. Los valores informados son precisos a +/- 0.01 pH @ 253C y son trazables con Materiales de Referencia Est3ndar (SRMs) del NIST.

## El HI5001 se suministra con Certificado de An3lisis

image not found or type unknown



- C3digo de producto
- N3mero de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que se usaron
- Fecha de fabricaci3n
- Fecha de caducidad

Etiqueta codificada por colores para una f3cil identificaci3n del valor del est3ndar de pH

- F3cil de identificar diferentes valores de est3ndar
- La soluci3n no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH