




Solución de Calibración Técnica pH 7.01 (500 mL) – HI5007

Description

La HI5007-01 es una solución de calibración técnica de pH 7.01 de calidad superior producida según la norma ISO 3696 / BS3978 que utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y vidrio clase A en un entorno de temperatura controlada supervisado con termómetros certificados. Los valores informados son precisos a +/- 0.01 pH a 25°C y son trazables con Materiales de Referencia Estándar (SRMs) del NIST.

El HI5007-01 se suministra con Certificado de Análisis



- Código de producto
- Número de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que fueron usados
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del estándar de pH

- Fácil identificación de diferentes valores de estándar

- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH

Especificaciones

Valor TDS @ 25 ° C	6.44 g/L (ppt)
Paquete	Sobres
Tamaño	20 mL
Cantidad	25
Certificado de análisis	Sí