



Soluci3n de Calibraci3n T3cnica pH 7.01 (500 mL) â€“ HI5007

Description

La HI5007-01 es una soluci3n de calibraci3n t3cnica de pH 7.01 de calidad superior producida seg3n la norma ISO 3696 / BS3978 que utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y vidrio clase A en un entorno de temperatura controlada supervisado con term3metros certificados. Los valores informados son precisos a +/- 0.01 pH a 25Â°C y son trazables con Materiales de Referencia Est3ndar (SRMs) del NIST.

El HI5007-01 se suministra con Certificado de An3lisis



- C3digo de producto
- N3mero de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que fueron usados
- Fecha de fabricaci3n
- Fecha de caducidad

Etiqueta codificada por colores para una f3cil identificaci3n del valor del est3ndar de pH

- Fácil identificación de diferentes valores de estándar
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH

Especificaciones

Valor TDS @ 25 ° C	6.44 g/L (ppt)
Paquete	Sobres
Tamaño	20 mL
Cantidad	25
Certificado de análisis	SÍ