SoluciÃ³n de Limpieza Alcalina para Grasas (500 ml) â€“ HI70631L

Description

La causa mÃ¡s comÃºn de las imprecisiones en la mediciÃ³n del pH es un electrodo sucio o que no se limpiÃ³ correctamente. Esto es muy importante tener en cuenta, ya que durante la calibraciÃ³n, el instrumento asume que el electrodo estÃ¡ limpio y que la curva de estandarizaciÃ³n creada durante el proceso de calibraciÃ³n seguirÃ¡ siendo una referencia vÃ¡lida hasta la siguiente calibraciÃ³n. Los medidores de pH en el mercado actual permitirÃ¡n un offset de aproximadamente Â±60 mV. El desvÃo de 0 mV no es inusual, pero idealmente no deberÃa ser mayor que Â±30 mV. El proceso de calibraciÃ³n compensa el cambio en el voltaje de compensaciÃ³n. Si el desplazamiento de mV continÃºa desviÃ¡ndose y el medidor se calibra con un electrodo sucio, se obtendrÃ¡n lecturas imprecisas.



La serie de soluciones de limpieza garantiza la mÃ¡xima eficiencia y precisiÃ³n de sus sensores cuando se utiliza para la aplicaciÃ³n que fue designada. La limpieza es una rutina rÃ¡pida y efectiva que se debe realizar de forma regular como medida preventiva contra el uso de un electrodo sucio y para asegurar que la uniÃ³n no estÃ© obstruida. La HI70631L es una soluciÃ³n de limpieza hecha especÃficamente para aplicaciones que implican la mediciÃ³n del pH en carne grasa o

soluciÃ³n a base de grasas.

Botella hermÃ©tica con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la frescura de la soluciÃ³n

Cada botella marcada con el nÃºmero de lote y fecha de vencimiento

- Las soluciones de limpieza Hanna estÃ¡n especialmente formuladas para tener una caducidad de 5 aÃ±os desde la fabricaciÃ³n para una botella sin abrir