SoluciÃ³n de Limpieza de Uso General (230 ml) â€“ HI7061M

Description

La causa mÃ¡s comÃºn de las imprecisiones en la mediciÃ³n del pH es un electrodo sucio o que no se limpiÃ³ correctamente. Esto es muy importante a tener en cuenta, ya que durante la calibraciÃ³n, el instrumento asume que el electrodo estÃ¡ limpio y que la curva de estandarizaciÃ³n creada durante el proceso de calibraciÃ³n seguirÃ¡ siendo una referencia vÃ¡lida hasta la siguiente calibraciÃ³n. Los medidores de pH en el mercado actual permitirÃ¡n un offset de aproximadamente Â±60 mV. El offset de 0 mV no es inusual, pero idealmente no deberÃa ser mayor de Â±30 mV. El proceso de calibraciÃ³n compensa el cambio en el voltaje de compensaciÃ³n. Si el offset de mV continÃºa desviÃ¡ndose y el medidor se calibra con un electrodo sucio, se obtendrÃ¡n lecturas imprecisas.

La limpieza es una rutina rÃ¡pida y efectiva que se debe realizar de forma regular como medida preventiva contra el uso de un electrodo sucio y para asegurar que la uniÃ³n no estÃ© obstruida. Sumergir el electrodo en la soluciÃ³n de limpieza HI7061M durante 15 a 20 minutos disolverÃ¡ los depÃ³sitos minerales u otros recubrimientos.

- Botella hermÃ©tica con sello a prueba de manipulaciones
- Garantiza la calidad y la frescura de la soluciÃ³n
- Cada botella marcada con el nÃºmero de lote y fecha de vencimiento
- Las soluciones de limpieza de Hanna estÃ¡n especialmente formuladas para tener una caducidad de 5 aÃ±os desde la fabricaciÃ³n para una botella sin abrir

Especificaciones

Paquete Tapas de plÃ¡stico

Cantidad 4