



Solución Estándar de Conductividad de 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en Frasco a Prueba de Luz (500mL) – HI6033

Description

La HI6033 es una solución de conductividad de calidad superior de 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$ estandarizada con un medidor de conductividad que ha sido calibrado con cloruro de potasio NIST 2202 SRM (Material de Referencia Estándar) en agua desionizada para uso analítico, de acuerdo con la norma ISO 3696/BS3978. Adicionalmente se utiliza en la preparación de las soluciones balanzas certificadas con control de peso, cristalería Clase A y termómetros certificados.

El HI6033 se suministra con Certificado de Análisis

image not found or type unknown



- Código de producto
- Número de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que se utilizaron
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

Cada botella marcada con el número de lote y fecha de vencimiento

- Cada frasco viene marcado con número de lote y fecha de caducidad.

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la frescura de la solución

Especificaciones

$\mu\text{S}/\text{cm}$ @25°C	84 S/cm
Paquete	frascos
Tamaño	500 mL
Cantidad	1
Certificado de análisis	Sí